

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 14,5Fr & 27cm

Το πλήρες ΚΙΤ να περιλαμβάνει:

1. 1 τμχ καθετήρα αιμοκάθαρσης
Προδιαγραφές καθετήρα:
από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, διπλού αυλού, 14.5 Fr, μήκους 27 cm, με αποσχιζόμενα άκρα σε μήκος 7.5 cm. Το άκρο του καθετήρα να έχει μορφή φωλεάς. Να είναι ευθύς, για σφαγιτιδική αλλά και υποκλείδια χρήση.
Να φέρει οπές περιμετρικά του άκρου του κατά 360°.
Να φέρει προ-τοποθετημένο εύκαμπτο στυλεό που να εξασφαλίζει εύκολη αλλαγή καθετήρα πάνω από το οδηγό σύρμα.
Να παρέχει ρυθμούς ροής έως και 500 ml/min σε φλεβικές πιέσεις μικρότερες από 25 mm Hg .
Να φέρει συνδετικά luerlock, με έγχρωμη κωδικοποίηση
Να φέρει στην επιφάνειά του ενδοϊστικό cuff για την στερέωση του καθετήρα σε υποδόρια θέση.
Να φέρει μόνιμο πτερύγιο στερέωσης με ράμματα του καθετήρα, συμβατό με τη συσκευή καθήλωσης στο δέρμα (τύπου statLock).
2. 1τμχ Θηκάρι ασφαλείας
Προδιαγραφές:
Το θηκάρι ασφαλείας να φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας (αποφυγή επιστροφής του αίματος και εμβολής από αέρα), με 0.15 cc σε 2^η διαρροή αέρα για προστασία έναντι της εμβολής αέρα σε πίεση -12 mm Hg.
Επίσης, το θηκάρι να είναι αποσχιζόμενο, από PTFE , 15 Fr.
3. 1τμχ βελόνα εισαγωγής οδηγού σύρματος 18G
4. 1τμχ βαθμονομημένο οδηγό σύρμα , με εύκαμπτα άκρα, ένα ευθύ και ένα τύπου J , 0.038'' χ 70 cm.
5. 1τμχ διαστολέα αγγείου 8 Fr.
6. 1τμχ διαστολέα αγγείου 10-12 Fr.
7. 1τμχ μεταλλικό εργαλείο κατασκευής υποδόριας οδού (tunneler) 8''.
8. 2τμχ καπάκια έγχυσης.
9. 2τμχ αυτοκόλλητα διαφανή επιθέματα.
10. Ετικέτα ηπαρίνης.