

Θέμα: Προδιαγραφές για προμήθεια πλεγμάτων για αποκατάσταση κηλών βουβωνικής περιοχής.

- Πλέγμα πολυπροπυλενίου σετ plug –κώνου με προσχηματισμένο πλέγμα με οπή (medium, large x-large), να έχει ελαστικότητα, να μην ξεφτίζει κατά το κόψιμο, και να μην ζαρώνει κατά την τοποθέτηση και κατά την διαδικασία καθήλωσής του. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστούν δείγματα (εφόσον ζητηθούν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή , να κατατεθούν από την ειδοποίηση εντός 5 (πέντε) ημερών με σφραγίδα της εταιρείας και τον α/α του είδους σε κάθε δείγμα. Τα δείγματα να φέρουν κατάλληλη συσκευασία και να είναι αποστειρωμένα έτσι ώστε να δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικό περιστατικό.
- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών.
- Να προσκομιστούν πιστοποιητικά σήμανσης CE της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε προσφερόμενο είδος.