

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

1. Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης : να περιέχει σπόγγο αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου και ατραυματική αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο αναρρόφησης και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.

A) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης small.

B) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης medium.

Γ) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large.

2. Σετ σπόγγου Αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης : να περιέχει σπόγγο αποστειρωμένο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του και λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου και ατραυματική αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο αναρρόφησης και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.

A) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης small.

B) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης medium.

Γ) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large.

3. Σετ σπόγγου Κοιλίας συστήματος αρνητικής πίεσης : για εφαρμογή σε ανοικτά τραύματα κοιλίας. Να περιέχει 2 σπόγγους πολυουρεθάνης οβάλ, 1 προστατευτική μεμβράνη κοιλίας, 4 διαφανείς κολλητικές μεμβράνες πολυουρεθάνης, 2 δίσκους αναρρόφησης και 1 συνδετικό σωλήνα Υ. Ο σπόγγος έχει ειδική δομή με 3-D λειασμένους πόρους που αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσχηματιθέντος ιστού εντός της δομής του και μορφή σπирάλ για να προσαρμόζεται στο μέγεθος και σχήμα του τραύματος. Η προστατευτική μεμβράνη κοιλίας έχει ενσωματωμένα τμήματα σπόγγου σε ακτινωτή διάταξη το οποίο κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.

A) Σετ σπόγγου κοιλίας συστήματος αρνητικής πίεσης, 39x26x1,70cm

4. Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης : να περιέχει αποστειρωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης, αποστειρωμένο πολυεστερικό πλέγμα επαφής με Αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο αναρρόφησης και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.

A) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης small.

B) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης medium.

Γ) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large.

5. ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

A) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 400 ml +/- 100 ml

B) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml +/- 100 ml

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
ΣΥΝΔΕΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 80034 ΑΜΚΑ: 23026800021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
ΣΥΝΔΕΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 116754 ΑΜΚΑ: 1641804653

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ