



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6^η ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΟΛΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 7301

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιατρός Καρδιολόγος

ΤΖΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τε Νοσηλεύτριας

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τε Νοσηλεύτριας

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α) Η αριθμ. 3/2023 απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: 9ΑΖΦ46906Α-Α77 σχετικά με τον ορισμό επιτροπής συνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού.

Σε συνέχεια του υπ αριθμ. 43564/12-10-23 έγγραφου σας, αποστέλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό για ηλεκτρόδια.

Αυτοκόλλητο Ηλεκτρόδιο ΗΚΤ (MONITOR) ενήλικων

Τεχνικές Προδιαγραφές: Να είναι κατάλληλα για χρήση σε ενήλικες ασθενείς.

Να διαθέτει υπερωλήνιο τζελ στο σημείο επαφής με το δέρμα του ασθενούς ώστε να είναι εφικτή και χωρίς αντίσταση η μεταφορά των ηλεκτρικών πεδίων.

Η σύνθεση του τζελ να μην προκαλεί αλλεργία, ερεθισμό ή άλλη δερματική πάθηση.

Να διαθέτει ισχυρή κολλώδη ουσία στην επιφάνεια ώστε να είναι εφικτή η ισχυρή και σταθερή επαφή τους με το σώμα του ασθενούς.

Να μην αποκολλάται εξαιτίας της εφίδρωσης του ασθενούς.

Να είναι εύκαμπτο και κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό (white foam) για να ακολουθεί κατά την εφαρμογή του τις κινήσεις του ασθενούς, το κομμάτι να έχει επένδυση Ag/AgCl.

Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο αλουμινίου που να διατηρεί τα ηλεκτρόδια σε άριστη κατάσταση, προστατευμένα από το φως – το κρύο – τη ζέση, και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης τους στην εξωτερική επιφάνεια.

Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια να μην περιέχουν τοξικά υλικά ή καουτσούκ.

Να έχει πιστοποιητικό κατά ISO και CE mark.

Ο ζέλες αγωγής να δίνει ισχυρό σήμα στο Η.Κ.Τ., να είναι ημιαγωγός μορφής και η επιφάνειά του να διαθέτει συγκολλητική ικανότητα, παρόμοια με αυτήν της υπολογιστικής επιφάνειας του.

Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παραγωγή.

Ετήσιος προϋπολογισμός:

Ποσότητα: 70.000 τεμ.

Τμή μονάδας: 0,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Τμή μονάδας: 0,17 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια ΗΚΤ (MONITOR) παιδών

Σς ανωτέρω αυτοκόλλητα για καρδιοαναπνευστικό monitor, το μικρότερο μέγεθος για νεογνά.

Ετήσιος προϋπολογισμός:

Ποσότητα: 1.000 τεμ.

Τμή μονάδας: 0,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Τμή μονάδας: 0,17 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιατρός Καρδιολογίας

ΤΖΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τε Νοσηλεύτριας

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τε Νοσηλεύτριας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ - Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠ. Α. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ
Α.Μ.Κ.Α. 19126201952 Α.Μ. Τ.Τ.Α.Υ 158959

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ - Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠ. Α. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ
Α.Μ.Κ.Α. 19126201952 Α.Μ. Τ.Τ.Α.Υ 158959