

Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας δύο (2) εξεταστικών ηλεκτρικών κλινών με ρόδες συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) (Δύο τεμάχια) για το Καρδιολογικό Ιατρείο των Τ.Ε.Ι..

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ

1. Το κρεβάτι να είναι καινούριο, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό.
2. Ο μεταλλικός σκελετός να είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά.
3. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι 195cm x 70cm μέγιστο.
4. Το εξεταστικό κρεβάτι να είναι 2 τμημάτων και να δέχεται βάρος ασθενή έως και 220 kg.
5. Η επιφάνεια της κλίνης να είναι από υψηλής ποιότητας δερματίνης.
6. Η ρύθμιση τμήματος πλάτης να γίνεται ηλεκτρικά.
7. Η ρύθμιση ύψους να γίνεται ηλεκτρικά από 55 έως 90 περίπου.
8. Το κρεβάτι να εδράζεται σε τέσσερις (4) τροχούς πλαστικούς διαμέτρου Φ150 με ταυτόχρονο φρένο.
9. Να διαθέτει 5° τροχό κατεύθυνσης για καλύτερη οδήγηση.
10. Να φέρει βάση ρολού χάρτου.
11. Να διαθέτει προστατευτικά πλαϊνά μεταλλικά-ανοξείδωτα, ανακλινόμενα, με μηχανισμό ασφάλισης-απασφάλισης τα οποία να τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης όταν δεν χρησιμοποιούνται ώστε να μην εμποδίζεται η μετακίνηση του ασθενούς.
12. Να διαθέτει πλαστικό κάλυμμα βάσης αντιμικροβιακής σύστασης με χώρο τοποθέτησης αντικειμένων του ασθενή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή της κλίνης σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 528/2012
13. Να προσφερθεί προς επιλογή μηχανισμός για ρύθμιση του τμήματος της πλάτης και με ποδοπετάλο από την πλευρά της κεφαλής.
14. Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη εντός 10 ημερών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο μηχάνημα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του

κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου.
3. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

Οι προσφέροντες να καταθέσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:
EN ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος
EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου

EN ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου

Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου
EN ISO 14001
EN ISO 27001

4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση , επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος είναι να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης – επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα , οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.
6. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον.
7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς υπεύθυνη δήλωση για κάλυψη του μηχανήματος με ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης για δέκα (10) τουλάχιστο χρόνια.
8. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου.

9. Να κατατεθούν οι προτεινόμενες, από τον κατασκευαστικό οίκο συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια του έτους.
10. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.
11. Οι συντηρήσεις – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από πιστοποιημένους τεχνικούς του οίκου και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε τεχνικούς του Νοσοκομείου.
12. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του.