

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ.Ν.Π"Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
ΚΛΙΝΙΚΗ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΡΟΣ
Το τμήμα προμηθειών

Πάτρα 16/7/2021
Αριθμ. πρωτ. 28512

Μετωπιαίος/σωματικός αισθητήρας για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο rSO2 με συνοδό εξοπλισμό 1 μόνιτορ τουλάχιστον.

1. Να διαθέτει φωτεινή πηγή LED που να εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία σε δύο μήκη κύματος, 730nm & 810nm.
2. Να παρέχει μέτρηση για δύο βάθη διείσδυσης έχοντας δύο φωτοανιχνευτές σε απόσταση 3cm και 4cm αντίστοιχα από τη φωτεινή πηγή.
3. Να είναι αυτοκόλλητος και latex free.
4. Να προορίζεται για χρήση σε ενήλικες.
5. Να φέρει, τεκμηρίωση ως προς την πιστοποίηση που να αφορά:
 - Την τιμή της παραμέτρου που προβάλλει το μόνιτορ και πως αυτή προκύπτει. Να υπάρχει τεκμηρίωση για διαφορετικά επίπεδα etCO2.
 - Την προτεινόμενη κλίμακα τιμών, εύρος νορμάλ τιμών και πως αυτό προκύπτει.
 - Την αποτελεσματικότητα του αισθητήρα ως προς την ικανότητα να μετρά την οξυγόνωση του εγκεφάλου αποκλείοντας τους υποκείμενους ιστούς.
6. Να υπάρχει στην διάθεση της επιτροπής επαρκής αριθμός μελετών που να τεκμηριώνουν την θετική έκβαση του ασθενούς μετεγχειρητικά
7. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση
8. Να προσφερθεί τουλάχιστον 1 συμβατό μόνιτορ ως συνοδός εξοπλισμός
9. Τα παραπάνω να πιστοποιηθούν με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Προϋπολογισμός: 110,00€/ τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ