

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ενδοτράχειων Σωλήνων (17359/10-05-19)

Οι ενδοτράχειοι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

1. Τραχειοσωλήνας με αεροθάλαμο απόφραξης χαμηλής πίεσης και υψηλού όγκου που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας.
2. Τραχειοσωλήνας σκληρός κατά τη διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού αλλά θερμοευαίσθητος για να προσαρμόζεται στην ανατομία του ασθενούς.
3. Το cuff του τραχειοσωλήνα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό που να ελαχιστοποιεί τη διόδο των αναισθητικών αερίων.
4. Να φέρει μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα.