

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΘ

- Ολόσωμη κουβέρτα ενηλίκων για τοποθέτηση πάνω από το σώμα του ασθενούς, διαστάσεων 225 x 132 +/- 3 cm
- Να είναι δύο στρωμάτων.
- Να έχουν υφασμάτινη υφή, nonwoven ύφασμα, και από τις δύο πλευρές
- Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι ανθεκτικό, ελαφρύ, υποαλλεργικό, υφασμάτινης υφής και με διαφορετικό χρωματισμό
- Η κουβέρτα να έχει κυψελωτή διάταξη, με μικροπόρους παροχής θερμότητας και ισομερούς κατανομής σε όλη την επιφάνεια
- Να φέρει ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με τον σωλήνα θέρμανσης
- Να παραμένει στην θέση της επί του ασθενούς
- Να έχουν υψηλή αντίσταση έναντι φωτιάς (να είναι σύμφωνες με αντίστοιχο πρότυπο ασφαλείας)
- Να είναι ανθεκτικές σε σκίσιμο / τρύπημα
- Να είναι πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες
- Να μην αποβάλουν ίνες ή χνούδι. Να είναι PVC και Latex – free
- Να είναι ακτινοδιαπερατές
- Να είναι αντιστατικές και μη – αγώγιμες
- Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας (συνοδός εξοπλισμός)

Η συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας :

- Να είναι σε τροχήλατη βάση με φρένο στις ακτίνες
- Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους μικρότερου των 6 κιλών
- Να έχει σωλήνα θέρμανσης μήκους 180 – 200 cm, εύκαμπτο
- Να φέρει εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, με αντικατάσταση μετά από περίπου 2.000 ώρες χρήσης
- Να είναι αθόρυβες στη λειτουργία (κάτω από 50 db). Να έχει οπτικό και ηχητικό συναγερμό
- Να έχουν επιλογή θερμοκρασίας : περιβάλλοντος, 32^o C, 38^o C , 42^o C (όλα +/- 2).
- Να επιτυγχάνεται η επιλεγμένη θερμοκρασία ταχέως και να διατηρείται σταθερή για όσο κρίνεται
- Να παραχωρηθούν δύο συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας (τουλάχιστον) ως συνοδός εξοπλισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

- Τιμή ανά τεμάχιο :7 ευρώ προ ΦΠΑ
- Ποσότητα 50 τεμάχια