

Υπογλωτιδική αναρρόφηση με εφαρμογή αρνητικής πίεσης και συστήματος αποσπώμενου δοχείου συλλογής εκκρίσεων

Προδιαγραφές δοχείου συλλογής εκκρίσεων:

- Να είναι αποσπώμενο, μιας χρήσης
- Να έχει ενσωματωμένο φίλτρο για προστασία από υπερχειλίση και διαρροές οσμών (να περιγραφεί το σύστημα)
- Να έχει ενσωματωμένο σωλήνα με άκρο τύπου τύπου luer, για να συνδέεται απευθείας με τον ειδικό σωλήνα αναρρόφησης του τραχειοσωλήνα ή του τραχειοστόματος. Το μήκος του να είναι επαρκές για λόγους ασφαλούς λειτουργίας
- Να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία με τα εξής χαρακτηριστικά:
 - Μικρού βάρους έως 1,5 Krg
 - Να ασκεί ρυθμιζόμενη διαλείπουσα αρνητική πίεση σε επαρκές εύρος
 - Να έχει ψηφιακή οθόνη ρυθμίσεων και παρακολούθησης λειτουργίας
 - Να έχει εργονομική βάση στήριξης
 - Να έχει και εσωτερική μπαταρία για αυτονομία

Η αντλία είναι συνοδός εξοπλισμός του περιγραφόμενου δοχείου συλλογής των εκκρίσεων.

Να δοθεί ικανοποιητικός αριθμός αντλιών για κάλυψη των αναγκών του τμήματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστή)
4. Με την παράδοση του προϊόντος να γίνει πλήρης επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
5. Να παραδοθεί user manual στα Ελληνικά και service manual στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
6. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι το μηχάνημα θα διαθέτει εγγύηση για δύο έτη τουλάχιστον και ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 έτη.

Προϋπολογισμός: 50€ ανά τεμάχιο