



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Πάτρα

Αρ. Πρωτ.: 8281/21-02-2025



Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών για «Προμήθεια
επίπλων, συμπ/νου στατώ ορού για το
Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"»

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ : Τεχνικές Προδιαγραφές

ΣΧΕΤ. : α) Η με αρ. 345/31-01-2025 απόφαση Αν. Διοικητή.

Σε συνέχεια του α' σχετικού εγγράφου, εισηγούμαστε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό για την προμήθεια στατώ ορού για τις ανάγκες των κλινικών του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Τεχνική περιγραφή

Κάθε στατώ ορού τροχήλατο να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση.
2. Να είναι βαρέως τύπου ,τροχήλατα με βάση ενισχυμένη, από σωλήνα 40 x 20 mm περίπου, υψηλής αντοχής και ποιότητας.
3. Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση πέντε (5) τουλάχιστον ανοξείδωτων ακτινών.
4. Η βάση να έχει διάμετρο 62 (±2) cm περίπου για μεγαλύτερη σταθερότητα.
5. Να φέρουν πέντε τροχούς ευέλικτους, βιομηχανικούς, περιστρεφόμενους διαμέτρου 50 mm τουλάχιστον, με γαλβανιζέ πιρούνι. Οι δύο τροχοί να είναι με πέδηση.
6. Ο κορμός να είναι από σωλήνα Φ 25 x 1,5 mm για μεγαλύτερη αντοχή .
7. Ύψος σταθερής κολώνας 130 (±10) cm περίπου.
8. Να διαθέτουν ρύθμιση ύψους, με τηλεσκοπικό μηχανισμό, 130-220 (±10) cm περίπου,
9. Η ρύθμιση και η σταθεροποίηση στο επιθυμητό ύψος να γίνεται με την χρήση σφιγκτήρα.
10. **Να φέρει (2) ή (4) τέσσερα άγκιστρα (κατ' απαίτηση του τμήματος),** ανοξείδωτα, κουρμπαρισμένα, μεγάλης αντοχής και κολλημένα μεταξύ τους, χωρίς βίδες, τα οποία

μπορούν να φέρουν μεγάλο βάρος με ασφάλεια. Να αντέχουν το ελάχιστο 3-4kg, ανά άγκιστρο, χωρίς το ενδεχόμενο κάμψης ή ανατροπής τους και το μέγεθός τους δεν είναι μικρότερο από 14cm περίπου.

11. Ο κορμός να είναι κολλημένος στην βάση με ηλεκτροσυγκόλληση και όχι με βίδες, για μεγαλύτερη σταθερότητα.
12. Το κέντρο της βάσης να φέρει πλαστικό κάλυμμα, για να καλύπτει τις κολλήσεις της ένωσης των ακτινών με τον κορμό. Η όλη κατασκευή να έχει επιμελημένο φινίρισμα στις κολλήσεις .
13. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο(2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη.
14. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τα μεταλλικά μέρη για πέντε (5) τουλάχιστον έτη
15. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

Γενικοί όροι

- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για κατασκευή, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001:2018 για Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
- Αποστολή προμήθειας εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών και παράδοση στην αποθήκη του νοσοκομείου.

Προϋπολογισμός

Εκτιμώμενο κόστος: **90,00 € (ενενήντα ευρώ)/ τεμ.** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.