

(0401430001) ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Συμβατό με τον ήδη υπάρχοντα καθετήρα. το 1 άκρο να βιδώνει, το άλλο να καταλήγει σε χωνί. Το ενδιάμ. τμήμα να έχει 15cm περίπου μήκος.

Χωρίς προδιαγραφές

(2600510001) ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΠΟΥ STARTER ΑΠΟ ΕΛΙΚΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (spring coil) ΚΑΙ ΜΕ PTFE/ηπαρινή επικάλυψη ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ J 3mm JFS 10cm taper length Fixed Core Διάμετρ. 0,035cm μήκος 180cm

Χωρίς προδιαγραφές

(33003006) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛ. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 15CM ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

ΣΕΤ ΠΡΟΣ_ΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ / ΣΦΑΓΗΤΙΔΙΚΟΥ / ΜΗΡΙΑΙΟΥ) ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Να είναι εύκαμπτος και μαλακός καθετήρας *ιδανικός για την υποκλείδιο/μηριαία φλέβα* (με χαμηλή ένδειξη στένωσης της υποκλειδίου φλέβας) με ειδικά σχεδιασμένα

διάταξη αυλών για μεγάλη αιματική ροή περίπου 300 ml/ min.

Να προσφέρει ασφάλεια και άνεση στον ασθενή.

Να είναι ακτινοσκοπικός κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Να είναι ειδικά σχεδιασμένος με διάταξη αυλών side by side και με επανακυκλοφορία

του αίματος λιγότερο από 5%.

Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις:

Διάμετρος

12 FR

Μήκος

15 cm

Το σετ να περιλαμβάνει:

- 1 καθετήρα διπλού αυλού
- 1 βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων 18 G x 7 cm
- 1 αγγειακό διαστολέα 12 French
- 1 αγγειακό διαστολέα 13 French
- 1 .038" συρμάτινο οδηγό τύπου J double-ended μήκους 70 cm
- 2 ειδικά πώματα για την κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα

διαμέσου των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση ενέσεων

- 1 μαχαίριδιο των 11

Ο καθετήρας να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακέντηση της έσω σφαγίτιδας με την χρήση ειδικού κλείστρου (green clip) για την κάμψη και σταθεροποίηση των άκρων του καθετήρα προσφέροντας άνεση και ευκολία.

Ο όγκος πλήρωσης των αυλών αναφέρεται στα σκέλη του καθετήρα.
Να φέρει σήμανση CE.

(33003007) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛ.ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 20CM ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ / ΣΦΑΓΗΤΙΔΙΚΟΥ / ΜΗΡΙΑΙΟΥ) ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Να είναι εύκαμπτος και μαλακός καθετήρας *ιδανικός για την υποκλείδιο/μηριαία φλέβα* (με χαμηλή ένδειξη στένωσης της υποκλείδιου φλέβας) με ειδικά σχεδιασμένη

διάταξη αυλών για μεγάλη αιματική ροή περίπου 300 ml/ min.

Να προσφέρει ασφάλεια και άνεση στον ασθενή.

Να είναι ακτινοσκοιερός κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Να είναι ειδικά σχεδιασμένος με διάταξη αυλών side by side και με επανακυκλοφορία

του αίματος λιγότερο από 5%.

Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις:

Διάμετρος

12 FR

Μήκος

20 cm

Το σετ να περιλαμβάνει:

- 1 καθετήρα διπλού αυλού
- 1 βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων 18 G x 7 cm
- 1 αγγειακό διαστολέα 12 French
- 1 αγγειακό διαστολέα 13 French
- 1 .038" συρμάτινο οδηγό τύπου J double-ended μήκους 70 cm
- 2 ειδικά πώματα για την κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα

διαμέσου των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση ενέσεων

- 1 μαχαιρίδιο των 11

Ο καθετήρας να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακέντηση της έσω σφαγίτιδας με την χρήση ειδικού κλείστρου (green clip) για την κάμψη και σταθεροποίηση των άκρων του καθετήρα προσφέροντας άνεση και ευκολία.

Ο όγκος πλήρωσης των αυλών αναφέρεται στα σκέλη του καθετήρα.

Να φέρει σήμανση CE.

(33003008) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΦΑΓΗΤΗΔΙΚΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.20CM ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Ίδιες με (33003007) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛ.ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 20CM ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

(33003009) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΦΑΓΗΤΗΔΙΚΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣ.15CM ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Ίδιες με (33003006) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛ.ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 15CM ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

(3300310001) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΟΚΑΡ 8FX35

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
(ΤΡΟΚΑΡ)

Να είναι κατάλληλοι για παροχέτευση συλλογών ουρητηρικής οδού.

Από βιοσυμβατικό πολυμερές, με υδρόφιλη επικάλυψη.

Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος rigtail και ακτινοσκιερή διαβάθμιση στο άκρο του καθετήρα.

Να φέρει μεταλλική κάνουλα εισαγωγής με μεταλλικό στυλεό (trocar) εισαγωγής, καθώς και εύκαμπτη κάνουλα εισαγωγής.

Διάμετρος 8Fr και μήκος 35 εκατοστά με ευθειασμένο άκρο.

(3300310101) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΟΚΑΡ 10FX35

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
(ΤΡΟΚΑΡ)

Να είναι κατάλληλοι για παροχέτευση συλλογών ουρητηρικής οδού.

Από βιοσυμβατικό πολυμερές, με υδρόφιλη επικάλυψη.

Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος rigtail και ακτινοσκιερή διαβάθμιση στο άκρο του καθετήρα.

Να φέρει μεταλλική κάνουλα εισαγωγής με μεταλλικό στυλεό (trocar) εισαγωγής, καθώς και εύκαμπτη κάνουλα εισαγωγής.

Διάμετρος 10Fr και μήκος 35 εκατοστά με ευθειασμένο άκρο.

(4100505801) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΜ.5F ΜΗΚ.40CM

Προδιαγραφές για καθετήρα υστεροσαλπιγγογραφίας.

5 Fr

Μήκους 40 εκατοστών

Με non-latex, μαλακό και ομόκεντρο μπαλόνι

Με ανοικτό, στρογγυλό, περιφερικό άκρο , το οποίο να είναι μαλακό και κοντό

Ο σχεδιασμός της τελικής οπής να επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή διαλύματος ή μέσου

σκιαγραφικής αντίθεσης και,

Να δέχεται σύρμα καθοδήγησης 0,035

Με το εύκαμπτο περίβλημα εισαγωγής να διατηρεί καμπυλότητα για να διευκολύνει την εύκολη

τοποθέτηση στον αυχένα της μήτρας

Με χρωματικές κωδικοποιημένες βαλβίδες διακοπής (stopcocks) στους δύο αυλούς του καθετήρα: η μπλε βαλβίδα διακοπής να είναι για φούσκωμα του μπαλονιού , ενώ η λευκή βαλβίδα διακοπής να είναι για έγχυση διαλύματος.
Με σύριγγα σταθερού όγκου η οποία να εμποδίζει την υπερβολική διόγκωση του μπαλονιού

(4100505802) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΜ.7F ΜΗΚ.40CM

Προδιαγραφές για καθετήρα υστεροσαλπιγγογραφίας.

7 Fr

Μήκους 40 εκατοστών

Με non-latex, μαλακό και ομόκεντρο μπαλόνι

Με ανοικτό, στρογγυλό, περιφερικό άκρο , το οποίο να είναι μαλακό και κοντό

Ο σχεδιασμός της τελικής οπής να επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή διαλύματος ή μέσου

σκιαγραφικής αντίθεσης και,

Να δέχεται σύρμα καθοδήγησης 0,035

Με το εύκαμπτο περίβλημα εισαγωγής να διατηρεί καμπυλότητα για να διευκολύνει την εύκολη

τοποθέτηση στον αυχένα της μήτρας

Με χρωματικές κωδικοποιημένες βαλβίδες διακοπής (stopcocks) στους δύο αυλούς του καθετήρα: η

μπλε βαλβίδα διακοπής να είναι για φούσκωμα του μπαλονιού , ενώ η λευκή βαλβίδα διακοπής να είναι

για έγχυση διαλύματος.

Με σύριγγα σταθερού όγκου η οποία να εμποδίζει την υπερβολική διόγκωση του μπαλονιού.

(4100520301) ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PICC 5Fr ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (PICC) 5Fr, ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ,
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Το KIT να περιλαμβάνει:

1. 1τμχ καθετήρα διπλού αυλού, 5 French, μήκους 55cm, με αναπόσπαστο πολυμερές ανάμεικτο με το στέλεχος πολουρεθάνης του καθετήρα το οποίο να παραμένει ακέραιο και μη διασπώμενο σε όλη τη διάρκεια ζωής του καθετήρα (για την ελαχιστοποίηση συγκέντρωσης θρόμβων). Ο καθετήρας να μην περιέχει ηπαρίνη.

Το υλικό του καθετήρα να είναι ακτινοσκιερό. Να είναι κατάλληλος για δυναμική έγχυση με χρήση εγχυτή έως 325psi.

Οι αυλοί να διακρίνονται από τα έγχρωμα άγκιστρα και τα συνδετικά, με τα οποία να υποδεικνύεται το μέγεθος των αυλών.
Να διατίθεται με εξωτερικό κλείστρο.
Να φέρει διαφανείς εξωτερικές προεκτάσεις που να αναδεικνύουν την παλινδρόμηση του αίματος.
Να φέρει συνδετικά luer lock και ο μέγιστος ρυθμός ροής της αυτόματης έγχυσης να υποδεικνύεται στα συνδετικά.
Να διαθέτει πτερύγιο συρραφής – καθήλωσης των προεκτάσεων.
2. 1τμχ βελόνα εισαγωγής ασφαλείας, 21G, με υπερηχογενές άκρο (echo tip).
3. 1τμχ σύρμα οδηγό από Νιτινόλη, μήκους 145cm.
4. σύστημα έκπλυσης
5. 1τμχ βελόνα εισαγωγής με υπερηχογενές άκρο 21G.
6. 1τμχ αποσχιζόμενο θηκάρι / διαστολέας
7. 1τμχ νυστέρι ασφαλείας
8. μετροταινία
9. επίθεμα/σύστημα στήριξης καθετήρα
10. 2 σύριγγες των 10 ml
11. 2 καπάκια luer

(4100520500) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ(MIDLINE)

Καθετήρας μέσης γραμμής (Midline)

~ από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη
~περιφερικά εμφυτεύσιμος
~μονού-διπλού αυλού
~διαμέτρου 5 -6fr
~δυναμικής έγχυσης (2-7ml/sec).

Να προσφέρεται σε πλήρες ΚΙΤ που να διατίθεται με βελόνα παρακέντησης 21g, σύρμα 0,018”x50εκ, 5 Fr και 6Fr, μεζούρα, λάμα Νο.11. , στερεωτικό επίθεμα αυτοκόλλητο χαμηλού προφίλ, αντιμικροβιακό διαφανές επίθεμα και αντιμικροβιακό δακτύλιο ιόντων αργύρου.

(4100520800) ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΘΗΚΑΡΙΑ) ΜΗΚΟΥΣ 11cm

Χωρίς προδιαγραφές

(4107200140) ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ EXTENSION SET WITH T' CONNECTOR 15CM

Χωρίς προδιαγραφές

(4107200149) ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 75ΕΚ. EXPANSION 07-7411 ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

Χωρίς προδιαγραφές

(4107200501) ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΣΤ.15cmX120cm ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΖΕΛ

Χωρίς προδιαγραφές

(4900204700) ΚΙΤ ΙΝΑΣ LASER ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΕΜΠΕΡΙΧΕΙ 1 ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΗ ΙΝΑ LASER,1 ΒΕΛΟΝΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 21Ga,1 ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ 0,018",1 ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 4F

ΚΙΤ ίνας laser μίας χρήσης για ενδοαγγειακή αποκατάσταση φλεβίτιδας, κισμών και ανεπαρκούς Σαφηνούς φλέβας.

Προδιαγραφές ίνας laser:

- Να φέρει επιχρυσωμένη άκρο με σύνδεσμο SMA 905 και εξάρτηση Sheath Lok
- Το άκρο της ίνας να είναι 600 μm
- Να διαθέτει γυάλινη επικάλυψη στο απώτερο άκρο της η οποία μειώνει την οπτική ενέργεια κατά 56% σε σχέση με τις κοινές ίνες
- Η τελική αποτελεσματική διάμετρος της οπτικής δέσμης να είναι ίση με 905 μm
- Να διατίθεται σε μήκος 85cm έτσι ώστε να είναι δυνατή η αγγειακή πρόσβαση και η θεραπεία της φλέβας καθ' όλη την έκταση της.
- Να διοχετεύει ενέργεια 30-50 Joules/cm ισχύος 5-7 Watt με τη χρήση της γεννήτριας ενέργειας 1470
- Να είναι αποστειρωμένη, για έναν ασθενή

Το ΚΙΤ να περιέχει:

Μία (1) Επιχρυσωμένη ίνα laser

Μία (1) Βελόνα αγγειακής πρόσβασης 21 Ga

Ένα (1) Σύρμα οδηγό 0,018"

Ένα (1) Θηκάρι εισαγωγής 4F

(5500210101) ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 10FX35

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΙΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Πλήρες σετ καθετήρα διαδερμικής νεφροστομίας τύπου pigtail από ειδικό κράμα υδρόφιλης πολυουρεθάνης με ειδικό κλείδωμα με σχοινάκι για σταθεροποίηση του pigtail

άκρου και πολλαπλές οπές οβάλ σχήματος για αποτελεσματικότερη παροχέτευση.

Το σετ περιλαμβάνει:

- A. 1 x καθετήρα pigtail 10 Fr (2,85mm) μήκους 35εκ. με το άκρο του ευθειασμένο, και με ακτινοσκοπικό marker στο άκρο του καθετήρα.
- B. 1 x ελαστική cannula σκλήρυνσης
- Γ. 1 x μεταλλική cannula σκλήρυνσης & 1 x διαχωριζόμενο ευθειαστή
- Δ. 1 x σύρμα 0.035'' με άκρο τύπου J, από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 150cm.
- Ε. 1 x σύρμα 0.018'' από νιτινόλη τύπου madril (εύκαμπτο άκρο), μήκους 80cm.
- Στ. 1 x βελόνα εισαγωγής 21G, μήκους 15cm, με ηχογενές άκρο.
- Ζ. 1 x ομοαξονικό σύστημα μεταλλική κάνουλα 21G-διαστολέα 4Fr-θηκάρι 6Fr, μήκους 18cm
- Η. 2 x διαστολείς 8 & 9 Fr, μήκος 20cm.
- Θ. 1 x συνδετικό για ασκό περισυλλογής & 1 x ασκό περισυλλογής & 1 x διακόπτη ροής
- Ι. 1 x νυστέρι

(5500210301) ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8FX35

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΙΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Πλήρες σετ καθετήρα διαδερμικής νεφροστομίας τύπου pigtail από ειδικό κράμα υδρόφιλης πολυουρεθάνης με ειδικό κλείδωμα με σχοινάκι για σταθεροποίηση του pigtail

άκρου και πολλαπλές οπές οβάλ σχήματος για αποτελεσματικότερη παροχέτευση.

Το σετ περιλαμβάνει:

- A. 1 x καθετήρα pigtail 8 Fr (2,85mm) μήκους 35εκ. με το άκρο του ευθειασμένο, και με ακτινοσκοπικό marker στο άκρο του καθετήρα.
- B. 1 x ελαστική cannula σκλήρυνσης
- Γ. 1 x μεταλλική cannula σκλήρυνσης & 1 x διαχωριζόμενο ευθειαστή
- Δ. 1 x σύρμα 0.035'' με άκρο τύπου J, από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 150cm.
- Ε. 1 x σύρμα 0.018'' από νιτινόλη τύπου madril (εύκαμπτο άκρο), μήκους 80cm.
- Στ. 1 x βελόνα εισαγωγής 21G, μήκους 15cm, με ηχογενές άκρο.
- Ζ. 1 x ομοαξονικό σύστημα μεταλλική κάνουλα 21G-διαστολέα 4Fr-θηκάρι 6Fr, μήκους 18cm
- Η. 2 x διαστολείς 8 & 9 Fr, μήκος 20cm.
- Θ. 1 x συνδετικό για ασκό περισυλλογής & 1 x ασκό περισυλλογής & 1 x διακόπτη ροής
- Ι. 1 x νυστέρι

(5500500301) ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, 14.5F/23CM, ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟΣΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ 15

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 14,5Fr & 23cm

Το πλήρες ΚΙΤ να περιλαμβάνει:

1. 1 τμχ καθετήρα αιμοκάθαρσης

Προδιαγραφές καθετήρα:

από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, διπλού αυλού, 14.5 Fr, μήκους 23 cm, με αποσχιζόμενα άκρα

σε μήκος 7.5 cm. Το άκρο του καθετήρα να έχει μορφή φωλεάς. Να είναι ευθύς, για σφαγιτιδική

αλλά και υποκλείδια χρήση.

Να φέρει οπές περιμετρικά του άκρου του κατά 360ο.

Να φέρει προ-τοποθετημένο εύκαμπτο στυλεό που να εξασφαλίζει εύκολη αλλαγή καθετήρα πάνω

από το οδηγό σύρμα.

Να παρέχει ρυθμούς ροής έως και 500 ml/min σε φλεβικές πιέσεις μικρότερες από 25 mm Hg .

Να φέρει συνδεδετικά luerlock, με έγχρωμη κωδικοποίηση

Να φέρει στην επιφάνειά του ενδοϊστικό cuff για την στερέωση του καθετήρα σε υποδόρια θέση.

Να φέρει μόνιμο πτερύγιο στερέωσης με ράμματα του καθετήρα, συμβατό με τη συσκευή

καθήλωσης στο δέρμα (τύπου statLock).

2. 1τμχ Θηκάρι ασφαλείας

Προδιαγραφές:

Το θηκάρι ασφαλείας να φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας (αποφυγή επιστροφής του

αίματος και εμβολής από αέρα), με 0.15 cc σε 2η διαρροή αέρα για προστασία έναντι της εμβολής

αέρα σε πίεση -12 mm Hg.

Επίσης, το θηκάρι να είναι αποσχιζόμενο, από PTFE , 15 Fr.

3. 1τμχ βελόνα εισαγωγής οδηγού σύρματος 18G

4. 1τμχ βαθμονομημένο οδηγό σύρμα , με εύκαμπτα άκρα, ένα ευθύ και ένα τύπου J , 0.038'' χ 70 cm.

5. 1τμχ διαστολέα αγγείου 8 Fr.

6. 1τμχ διαστολέα αγγείου 10-12 Fr.

7. 1τμχ μεταλλικό εργαλείο κατασκευής υποδόριας οδού (tunneler) 8''.

8. 2τμχ καπάκια έγχυσης.

9. 2τμχ αυτοκόλλητα διαφανή επιθέματα.

10. Ετικέτα ηπαρίνης.

(5500500801) ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ,14.5F/35CM,ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ,ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟΣΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ 15

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 14,5Fr & 35cm

Το πλήρες ΚΙΤ να περιλαμβάνει:

1. 1 τμχ καθετήρα αιμοκάθαρσης

Προδιαγραφές καθετήρα:

από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, διπλού αυλού, 14.5 Fr, μήκους 35 cm, με αποσχιζόμενα άκρα

σε μήκος 7.5 cm. Το άκρο του καθετήρα να έχει μορφή φωλεάς. Να είναι ευθύς, για σφαγιτιδική

αλλά και υποκλείδια χρήση.

Να φέρει οπές περιμετρικά του άκρου του κατά 360ο.

Να φέρει προ-τοποθετημένο εύκαμπτο στυλεό που να εξασφαλίζει εύκολη αλλαγή καθετήρα πάνω

από το οδηγό σύρμα.

Να παρέχει ρυθμούς ροής έως και 500 ml/min σε φλεβικές πιέσεις μικρότερες από 25 mm Hg .

Να φέρει συνδεδετικά luerlock, με έγχρωμη κωδικοποίηση

Να φέρει στην επιφάνειά του ενδοϊστικό cuff για την στερέωση του καθετήρα σε υποδόρια θέση.

Να φέρει μόνιμο πτερύγιο στερέωσης με ράμματα του καθετήρα, συμβατό με τη συσκευή

καθήλωσης στο δέρμα (τύπου statLock).

2. 1τμχ Θηκάρι ασφαλείας

Προδιαγραφές:

Το θηκάρι ασφαλείας να φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας (αποφυγή επιστροφής του

αίματος και εμβολής από αέρα), με 0.15 cc σε 2η διαρροή αέρα για προστασία έναντι της εμβολής

αέρα σε πίεση -12 mm Hg.

Επίσης, το θηκάρι να είναι αποσχιζόμενο, από PTFE , 15 Fr.

3. 1τμχ βελόνα εισαγωγής οδηγού σύρματος 18G

4. 1τμχ βαθμονομημένο οδηγό σύρμα , με εύκαμπτα άκρα, ένα ευθύ και ένα τύπου J , 0.038'' χ 70 cm.

5. 1τμχ διαστολέα αγγείου 8 Fr.

6. 1τμχ διαστολέα αγγείου 10-12 Fr.

7. 1τμχ μεταλλικό εργαλείο κατασκευής υποδόριας οδού (tunneler) 8''.

8. 2τμχ καπάκια έγχυσης.

9. 2τμχ αυτοκόλλητα διαφανή επιθέματα.

10. Ετικέτα ηπαρίνης.

(5500500901) ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ,14.5F/42CM,ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ,ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟΣΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ 15

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 14,5Fr & 42cm

Το πλήρες ΚΙΤ να περιλαμβάνει:

1. 1 τμχ καθετήρα αιμοκάθαρσης

Προδιαγραφές καθετήρα:

από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, διπλού αυλού, 14.5 Fr, μήκους 42 cm, με αποσχιζόμενα άκρα

σε μήκος 7.5 cm. Το άκρο του καθετήρα να έχει μορφή φωλεάς. Να είναι ευθύς, για σφαγιτιδική

αλλά και υποκλείδια χρήση.

Να φέρει οπές περιμετρικά του άκρου του κατά 360ο.

Να φέρει προ-τοποθετημένο εύκαμπτο στυλεό που να εξασφαλίζει εύκολη αλλαγή καθετήρα πάνω

από το οδηγό σύρμα.

Να παρέχει ρυθμούς ροής έως και 500 ml/min σε φλεβικές πιέσεις μικρότερες από 25 mm Hg .

Να φέρει συνδετικά luerlock, με έγχρωμη κωδικοποίηση

Να φέρει στην επιφάνειά του ενδοϊστικό cuff για την στερέωση του καθετήρα σε υποδόρια θέση.

Να φέρει μόνιμο πτερύγιο στερέωσης με ράμματα του καθετήρα, συμβατό με τη συσκευή

καθήλωσης στο δέρμα (τύπου statLock).

2. 1τμχ Θηκάρι ασφαλείας

Προδιαγραφές:

Το θηκάρι ασφαλείας να φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας (αποφυγή επιστροφής του

αίματος και εμβολής από αέρα), με 0.15 cc σε 2η διαρροή αέρα για προστασία έναντι της εμβολής

αέρα σε πίεση -12 mm Hg.

Επίσης, το θηκάρι να είναι αποσχιζόμενο, από PTFE , 15 Fr.

3. 1τμχ βελόνα εισαγωγής οδηγού σύρματος 18G

4. 1τμχ βαθμονομημένο οδηγό σύρμα , με εύκαμπτα άκρα, ένα ευθύ και ένα τύπου J , 0.038'' χ 70 cm.

5. 1τμχ διαστολέα αγγείου 8 Fr.

6. 1τμχ διαστολέα αγγείου 10-12 Fr.

7. 1τμχ μεταλλικό εργαλείο κατασκευής υποδόριας οδού (tunneler) 8''.

8. 2τμχ καπάκια έγχυσης.

9. 2τμχ αυτοκόλλητα διαφανή επιθέματα.

10. Ετικέτα ηπαρίνης.

(5500600116) ΣΕΤ ΠΕΡΙΦ.ΕΙΣΕΡΧ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Fr
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣΕΓΧΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ,ΑΚΤΙΝΟΣΚ.ΜΕ LUER LOCK ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟ
ΕΚΤΑΣΗΣ,ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ,ΒΕΛ.ΥΠΕΡΗΧ.ΑΚΡΟΥ 21G,ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ

ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ (PICC) 6Fr, ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ,
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Το ΚΙΤ να περιλαμβάνει:

1. 1τμχ καθετήρα διπλού αυλού, 6 French, μήκους 55cm, με αναπόσπαστο πολυμερές ανάμεικτο με το στέλεχος πολυουρεθάνης του καθετήρα το οποίο να παραμένει ακέραιο και μη διασπώμενο σε όλη τη διάρκεια ζωής του καθετήρα (για την ελαχιστοποίηση συγκέντρωσης θρόμβων). Ο καθετήρας να μην περιέχει ηπαρίνη.

Το υλικό του καθετήρα να είναι ακτινοσκιερό. Να είναι κατάλληλος για δυναμική έγχυση με χρήση εγχυτή έως 325psi.

Οι αυλοί να διακρίνονται από τα έγχρωμα άγκιστρα και τα συνδετικά, με τα οποία να υποδεικνύεται το μέγεθος των αυλών.

Να διατίθεται με εξωτερικό κλείστρο.

Να φέρει διαφανείς εξωτερικές προεκτάσεις που να αναδεικνύουν την παλινδρόμηση του αίματος.

Να φέρει συνδετικά luer lock και ο μέγιστος ρυθμός ροής της αυτόματης έγχυσης να υποδεικνύεται στα συνδετικά.

Να διαθέτει πτερύγιο συρραφής – καθήλωσης των προεκτάσεων.

2. 1τμχ βελόνα εισαγωγής ασφαλείας, 21G, με υπερηχογενές άκρο (echo tip).

3. 1τμχ σύρμα οδηγό από Νιτινόλη, μήκους 145cm.

4. σύστημα έκπλυσης

5. 1τμχ βελόνα εισαγωγής με υπερηχογενές άκρο 21G.

6. 1τμχ αποσχιζόμενο θηκάρι / διαστολέας

7. 1τμχ νυστέρι ασφαλείας

8. μετροταινία

9. επίθεμα/σύστημα στήριξης καθετήρα

10. 2 σύριγγες των 10 ml

11. 2 καπάκια luer

(5500700102) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΜΦΥΤ.ΚΩΔΩΝΑ/PORT ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΥΨΟΣ 13.5MM ΒΑΣΗ 26.8MM,3 ΟΠΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ,VORTEX,POWER INJECTABLE,ΦΛΕΒ.ΚΑΘΕΤ.7.5F ΣΕΤ ΑΣΦ.ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ NONO-CORING 22G

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΩΝΑ

Πλήρες σύστημα φλεβικής πρόσβασης αποτελούμενο από έναν υποδόρια εμφυτεύσιμο κώδωνα (τύμπανου) τιτανίου και ένα φλεβικό καθετήρα έγχυσης μονού αυλού από ακτινοσκιερή σιλικόνη/πολυουρεθάνη, εξωτερικής διαμέτρου 7,5 French, ο οποίος να ενδείκνυται:

1. για συστηματική χημειοθεραπεία.

2. για θεραπείες που απαιτούν είτε συχνή έγχυση είτε μακροχρόνια παρεντερική διατροφή.

3. για ασθενείς που απαιτείται μακροπρόθεσμη φλεβική πρόσβαση (π.χ. ασθενείς με HIV).

4. για ασθενείς που απαιτείται μακροπρόθεσμη χορήγηση φαρμάκων.

5. για τοπική χημειοθεραπεία (π.χ. όγκων ήπατος ή μεταστάσεων).

6. για θεραπεία πόνου π.χ. με συχνή έγχυση αναλγητικών ουσιών.

☐ Τεχνικά χαρακτηριστικά κώδωνα

Δεξαμενή με σχεδιασμό συστήματος κυκλικής ροής που να εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη έκχυση για πλήρη εκκένωση της δεξαμενής με αποτέλεσμα να μην επικολλούνται υπολείμματα στα τοιχώματα της δεξαμενής μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δημιουργίας θρόμβων που θα φράξουν τον καθετήρα και την δημιουργία μολύνσεων. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από καθαρό τιτάνιο, που είναι ακτινοσκιερό και έχει μεγάλη ισοσυμβατικότητα - δεν αντιδρά με τα σωματικά υγρά και τους ιστούς, δεν έχει μαγνητικές ιδιότητες άρα δεν επηρεάζεται από μαγνητικά πεδία, είναι πλήρως βιοσυμβατό, δεν προκαλεί χημικές αντιδράσεις, είναι ελαφρού βάρους, δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις και είναι συμβατό με μαγνητικό τομογράφο M.R.I-3 Tesla καθώς το τιτάνιο χρησιμοποιείται για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών κατά τη σάρωση με μαγνητικό και αξονικό τομογράφο (M.R.I. & CT) και να αποτελείται από ένα θάλαμο έγχυσης με έκκεντρη έξοδο και μια αυτο-σφράγιστη μεμβράνη σιλικόνης υψηλής αντοχής.

Το τύμπανο να είναι ασφαλές σε περιβάλλον Αξονικής Τομογραφίας, με ένδειξη για δυναμικής έγχυσης και να είναι πιστοποιημένος ως κώδωνας υψηλής πίεσης έως και 300 PSI / 21 BAR και υψηλής ροής 5 ml/sec και έτσι να είναι κατάλληλος και για έγχυση σκιαγραφικών μέσων με εγχυτή σκιαγραφικών.

Στη βάση της δεξαμενής να είναι χαραγμένο ευκρινώς η ένδειξη CT που είναι ορατή είτε υπό ακτινοσκόπηση είτε υπερηχογραφικά

Να διαθέτει στην βάση της δεξαμενής τρεις οπές χαμηλού προφίλ γεμισμένες με σιλικόνη κατάλληλες για τη συρραφή και τη σταθεροποίηση του τυμπάνου χωρίς να επιτρέπουν την διείσδυση ιστού ανάμεσά τους γεγονός που θα έκανε δύσκολή την αφαίρεση του κώδωνα.

Διαστάσεις κώδωνα : βάση 26,8 mm, ύψος 13,5mm, διάμετρος διαφράγματος: 11,9mm, βάρος κώδωνα:12,5 gr, χωρητικότητα δεξαμενής του κώδωνα: 0,7ml.

(5500700201) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΩΝΑ PORT-A-CATH 8Fr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΩΝΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά τυμπάνου – δεξαμενής

~Να είναι κατασκευασμένο από υλικό τιτανίου μεσαίου προφίλ, με επιφάνεια σιλικόνης

~Τριγωνικό σχήμα τυμπάνου

Διάμετρος βάσης:30.0mm

Εσωτερικός όγκος: 0.6 ml

~Να διαθέτει στη βάση του ακτινοσκιερή ένδειξη CT

~ Να διατίθεται με σιλικόνη στις οπές

~Να διαθέτει ακτινοσκιερό μηχανισμό σύνδεσης cath-lock.

~ Το διάφραγμα να φέρει τρία σημεία ψηλάφησης

~Να έχει δυνατότητα δυναμικής έγχυσης και απεικόνισης αξονικής τομογραφίας σε συνεργασία με βελόνη παρακέντησης ασφαλείας για έγχυση power lock

~με μέγιστη ροή έγχυσης σταθερά στα 5ml/s , με όριο πίεσης τα 300psi.

~ασφάλεια σε MRI στα 3 tesla.

Τεχνικά χαρακτηριστικά καθετήρα.

Καθετήρας από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη , 8 Fr, ο οποίος να αντέχει αποδεδειγμένα στα σκευάσματα Taxol-Taxetere.

Ανοικτού άκρου, μονού αυλού.

Εσωτερική διάμετρος: 26 mm

Εξωτερική διάμετρος: 1.6 mm

Ωφέλιμο μήκος : 45 cm

Χωρητικότητα : 0.9 ml

Δείκτες βάθους , ανά 1 εκατοστό

Ρυθμός ροής : > 500 ml/hr με βελόνη 19 Ga

Να συνδυάζεται με θηκάρι ασφαλείας τύπου airguard για προστασία από την επιστροφή του αίματος στον αυλό του καθετήρα και την εμβολή από αέρα.

Το τύμπανο να συνδυάζεται με ειδική βελόνα παρακέντησης ασφαλείας για έγχυση powerlock στα 5ml/s στα 300 psi .

Το σετ να περιλαμβάνει:

1τμχ εμφυτεύσιμο τύμπανο

1τμχ ακτινοσκοπικού καθετήρα

2τμχ σύνδεσης Cath-lock

1τμχ κονέκτορας έγχυσης 17G

1τμχ οδηγό σύρμα με άκρο σύρματος 'J' 3mm, με ευθειαςτή , εξωτερικής διαμέτρου 0.89mm (0,035in)χ45 cm

1τμχ βελόνα εισαγωγής οδηγού σύρματος 18G εσωτερικής διαμέτρου 1.0 mm χ 70 mm.

1τμχ εισαγωγέας με αποσπώμενο θηκάρι 6.5 FR (εξωτ. Διαμέτρου 2.8mm , μήκος 15 cm) , με διαστολέα αγγείου (εσωτερική διάμετρο 1.0mm) .

1τμχ ατραυματική βελόνη 22G(εξωτερική διάμετρο 0.7 mm)χ25mm, ορθής γωνίας.

1τμχ ατραυματική βελόνα 22 G // // , ευθεία.

1μχ ασφαλούς έγχυσης powerlock 20G (25mm)

1 τμχ σύριγγα 12 ml.

1τμχ pick διάνοιξης αγγείου

(5500810001) ΣΕΤ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΣΦΑΓΙΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:

ΣΕΤ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΣΦΑΓΙΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ.

Το πακέτο αγγειογραφίαςνα αποτελείται από :

1 κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 150x190cmπερίπου, αδιάβροχο, ενισχυμένο, απορροφητικό.

2 χειρουργικές μπλούζες, ενισχυμένες στα μανίκια και στο θώρακα, μέγεθος XL.

1 κάλυμμα αγγειογραφίας, αδιάβροχο, με 4 οπές (2 κερκιδικές και 2 μηριαίες), διαστάσεων 200x300cmπερίπου, με πλαστικό διάφανο φίλμ αμφίπλευρα.

1 κάλυμμα λυχνίας διαμέτρου 90cm περίπου.

- 1 κάλυμμα παραπετάσματος 120x120cm περίπου.
- 1 νυστέρι No 11.
- 1 βελόνα 18G
- 1 βελόνα 21G.
- 2 σύριγγες Luer-Lock 10ml.
- 2 σύριγγες Luer-Lock 20ml.
- 2 σύριγγες 10ml.
- 1 σύριγγα 20ml.
- 30-40 γάζες απορροφητικές διαστάσεων 10x10cm.
- 1 πλαστική λαβίδα γαζών 18cm περίπου.
- 1 μπώλ μιας χρήσης 250ml περίπου.
- 1 μπώλ μιας χρήσης 500 ml περίπου.
- 1 μπώλ μιας χρήσης 4000 ml περίπου.

(5500810101) ΣΕΤ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑ

Σετ στρωσίματος για διαδερμική νεφροστομία - χολοκυστοστομία

- Κάλυμμα διαδερμικής νεφροστομίας (PCNL)-χολοκυστοστομίας, 150x300 cm.
- Δοχείο συρμάτων οδηγών 2.500cc
- Δοχείο 500 cc
- Δοχείο 250 cc
- Σφουγγάρι με ξύλινη λαβή , για χρήση betadine , τεμάχια 2
- Γάζες , 10 pcs
- 20 cc σύριγγα με βίδα luer , τεμάχια 2

(5501000101) ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 150CM ΔΙΑΜ.0.035" ΜΕ ΕΥΘΥ STIFF ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ 3.5CM ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

(5501000102) ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 150CM ΔΙΑΜ.0.035" ΜΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ J STANDARD ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ 3.5CM ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

- Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο πυρήνα κράμματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), ώστε να επιτυγχάνεται άριστη ελαστικότητα και προωθητικότητα και να διαθέτουν επικάλυψη πολυουρεθάνης για μέγιστη βιοσυμβατότητα.
- Ο συρμάτινος οδηγός να μην αλλοιώνεται μέσα στο σώμα του ασθενή κατά τη χρήση του, να διατηρεί την προωθητικότητά του και το σχήμα του.
- Να διαθέτουν ειδική υδρόφιλη επικάλυψη **σε όλο το μήκος του οδηγού.**

- Η υδρόφιλη ιδιότητα του συρμάτινου οδηγού να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού.
- Να είναι ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους
- Οι υδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί να διατίθενται σε μήκος 150cm και σε διάμετρο 0.035''
- Να διαθέτουν ευθύ άκρο και μήκος εύκαμπτου άκρου 5cm για εύκολη και ατραυματική πρόσβαση.
- Να διατίθενται σε τύπο σκληρότητας stiff.

(5501100101) ΚΙΤ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0.018 ΝΙΤΙΝΟΛΗΣ,ΘΗΚΑΡΙ 4F,10

Σετ ομοαξονικής μικροεισαγωγής περιφερικής αγγειακής πρόσβασης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κιτ ομοαξονικής μικροεισαγωγής για περιφερική αγγειακή πρόσβαση με οδηγό σύρμα νιτινόλης και θηκάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ΚΙΤ να διαθέτει:

- (1) Ειδικού σχεδιασμού ομοαξονικό θηκάρι 4F και μήκους 10cm με κωνικό άκρο για εύκολη εισαγωγή
 - (1) Ηχογενή βελόνα 21G μήκους 7cm με αιχμηρό άκρο με κοιλώματα στην επιφάνειά του για ενισχυμένη ηχογένεια
 - (1) Σύρμα- οδηγό 0.018'' από Νιτινόλη μήκους 45 cm •
- Να υπάρχει σε δύο τύπους άκαμπτο και μαλακό.

(1101201201) ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 20GX15 ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΨΙΩΝ / (1101201301) ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 20GX10 ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΨΙΩΝ

Χωρίς προδιαγραφές

(4700300513) ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ WESTCOTT 21GX100MM / (4700300514) ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ WESTCOTT 21GX150MM / (4700300517) ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ WESTCOTT 22GX100MM

Χωρίς προδιαγραφές

(4700400101) ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΤΥΠΟΥ TRU-C

Χωρίς προδιαγραφές