

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FLOSWITCH

Ο καθετήρας πρόσβασης στην κερκιδική αρτηρία να είναι διαμέτρου 20G και 1.1mmX45mm. Από υλικό PTFE (DEHP-free, LATEX-free, PVC-free), να μην διαστέλλεται όταν έλθει σε επαφή με το αίμα και σε θερμοκρασία αίματος. Εδικός σχεδιασμός άκρου και απόλυτη εφαρμογή του καθετήρα με τον στυλεό-οδηγό. Να έχει διακόπτη floswitch τύπου on-off για λόγους ασφαλείας, κόκκινου χρώματος ως η συνήθης χρωματική ένδειξη αρτηριακής πρόσβασης. Να διαθέτει πτερύγια για τη διευκόλυνση στήριξης, με οπή σε έκαστο για τη δυνατότητα τοποθέτησης στερεωτικού ράμματος. Να είναι σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία (να αναφέρεται ο τρόπος αποστείρωσης).

Θα αξιολογηθεί θετικά αν έχει ελεγχθεί για την εξασφάλιση της ελαχιστοποίησης αποκλίσεων στο σύστημα μέτρησης και καταγραφής των κυματομορφών στην τεχνική της « αιματηρής μέτρησης» των αιμοοδυναμικών πιέσεων. Να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης της μεθόδου ελέγχου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπροσώπησης, δείγματα για αξιολόγηση με τη διαδικασία αποκλεισμού και οι προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας που να πιστοποιούν την ακρίβεια των περιγραφόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών.