| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|---|---|---|
| **ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ** | | |
| 46 | Καθετήρες αγγειοπλαστικής με μπαλόνι για βαρειά επασβεστωμένες βλάβες (Μπαλόνια Λιθοτριψίας) | Καθετήρες αγγειοπλαστικής με μπαλόνι και πομπούς ακουστικού κρουστικού παλμού για διάνοιξη ασβεστωμένων αγγείων με μέθοδο λιθοτριψίας. Να διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών |
| **STENTS** | | |
| 50 | Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες -LIMUS (DES:DRUG ELUTING STENTS) | Ενδοστεφανιαια πρόθεση εκλυουσα Everolimus κατασκευασμενη από χρώμιο- κοβαλτιο με διπλό σταθερό πολυμερες ακρυλικου- φθορίου . Δυνατότητα υπερέκπτυξης έως 5.5mm για αγγεία διαφορετικής διαμέτρου και νοσο στελεχους και δυνατότητα διακοπής της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγης σε σύντομο χρονικό διάστημα για ασθενείς υψηλού κινδύνου αιμορραγίας. Διατίθεται σε διαμέτρους από 2.0mm έως 4.0mm και σε μήκη από 08mm έως 38mm |
| 55 | Ειδικά σύρματα για διενέργεια περιστροφικής αθηρεκτομής | Οδηγό σύρμα κατάλληλο για περιστροφική αθηρεκτομή. |
| 56 | Burrs για διενέργεια περιστροφικής αθηρεκτομής διαφόρων μεγεθών | Σετ περιστροφικής αθηρεκτομής για ασβεστωμένα αγγεία με διαστάσεις 1.25-2.25 χιλ. |
| 57 | Ειδικά σύρματα για διενέργεια τροχιακής αθηρεκτομής | Ειδικό οδηγό σύρμα από νιτινόλη συμβατό με τον τροχιακό αθηροτόμο OAD, διακυμαινόμενης διαμέτρου 0.012”/0.014'', με Flex Tip και μήκος 325cm. Το σύρμα να είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον εύκολο χειρισμό του αθηροτόμου |
| 58 | Καθετήρας τροχιακής αθηρεκτομής | Καθετήρας αμφίδρομης τροχιακής αθηρεκτομής στεφανιαίων αγγείων OAD, κατάλληλος για την διάνοιξη επασβεστωμένων βλαβών της στεφανιαίας αρτηρίας, με τεχνολογία κορώνας επικαλυμμένης με διαμάντια. Ο καθετήρας να διατίθεται σε διάμετρο κορώνας 1.25mm και μήκος 135cm, να παρέχει την βαθμιαία και ελεγχόμενη διάνοιξη της στένωσης ασβεστωμένων |

| | | |
|---|---|---|
| | | αρτηριών μέσω λειτουργίας δυο ταχυτήτων (80.000 & 120.000rpm). Επίσης, να διατίθεται με συνοδό εξοπλισμό (αντλία έγχυσης, συνδετικά καλώδια κλπ.), για την ασφαλή και εύκολη διενέργεια περιστατικών τροχιακής αθηρεκτομής |
| 60 | Οδηγά Σύρματα Μέτρησης Πίεσης FFR-IFR | Οδηγά σύρματα μέτρησης ενδοστεφανιαίας πίεσης FFR-IFR. Να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο πυρήνα, να παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης spot και pullback στεφανιαίας εφεδρείας IFR χωρίς τη χρήση αδενοσίνης.Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση κατακύρωσης θα πρέπει η εταιρεία να παρέχει συνοδό εξοπλισμό για τη χρήση του καθ' όλη της διάρκεια της Σύμβασης, αναλαμβάνοντας και την πλήρη συντήρησή της( service , ανταλλακτικά) , χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο μας |
| 61 | Καθετήρες Ενδοαγγειακού Υπερήχου Ηλεκτρονικού Τύπου (IVUS) | Καθετήρες ενδοαγγειακού υπερήχου στεφανιαίων ηλεκτρονικού τύπου, με συχνότητα καταγραφής στα 20 MHz. Να είναι κατάλληλοι για τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση της αθηρωματικής πλάκας. Να παρέχουν τη δυνατότητα έγχρωμης απεικόνισης της ροής του αίματος. |
| **ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ** | | |
| 62 | Καθετήρες ενδοαορτικής αντλίας | Τελευταίας τεχνολογίας .Με αισθητήρα οπτικής ίνας για να μπορούν να εντοπίζουν να λαμβάνουν και να μεταδίδουν υψηλής ευκρίνειας και καλύτερης ποιότητας σήμα αρτηριακής πίεσης από την αορτή στην αντλία για ενεργοποίηση και χρονισμό.Με ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια από κάθε συμβατό μπαλόνι. Υποστηρίζοντας έτσι |

| | | |
|---|---|---|
| | | ένα ευρύτατο φάσμα παθήσεων ασθενών. Περιλαμβάνοντας και αυτούς που έχουν οξείες αρρυθμίες ή αυξημένους καρδιακούς παλμούς. Το ενδοαορτικά μπαλόνια θα πρέπει να προσφέρονται με πλήρη ΣΕΤ εισαγωγής, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν με ή χωρίς θηκάρι. Να προσφέρονται με όγκο αεροθαλάμου 30cc και 40 cc καλύπτοντας έτσι ασθενείς διαφορετικού ύψους. Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένο peel away θηκάρι. (προσυναρμολογημένη συσκευή αιμόστασης) για την χωρίς θηκάρι τοποθέτηση του μπαλονιού χωρίς να προκαλείται αιμορραγία της μηριαίας στην τοποθέτησή του. Στο set θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα 2 σύρματα εισαγωγής, καθώς επίσης και 2 θηκάρια εισαγωγής. Το ένα θηκάρι να διαθέτει παράπλευρη παροχή για λήψη δείγματος αρτηριακού αίματος, καθώς επίσης και συνδετικά αερίου ηλίου για όλες τις αντλίες του εμπορίου. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση κατακύρωσης θα πρέπει η εταιρεία να παρέχει συνοδό εξοπλισμό,(ενδοαορτική αντλία). Για τη χρήση του καθ’ όλη της διάρκεια της Σύμβασης, αναλαμβάνοντας και την πλήρη συντήρησή της( service , ανταλλακτικά) , χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο μας |