ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
1	**Πλήρες σετ γαστροστομίας τύπου έλξεως –PULL συνδυασμένης διαδερμικής – ενδοσκοπικής τοποθέτησης για αρχική τοποθέτηση μακράς διάρκειας παραμονής και σχεδιασμό συμβατό με τη χρήση γαστρονηστιδικού καθετήρα**			
1.1	Σωλήνα σίτισης από διαφανή σιλικόνη υψηλής ευκαμψίας ,ποιότητας και αντοχής διαμέτρου 20 ή 24fr αφαιρούμενο εξωτερικό –μη ενδοσκοπικά ,χωρίς την εισαγωγή ενδοσκοπίου με χρήση της τεχνικής έλξεως ,με ενδείξεις βάθους ,πεπλατυσμένο ακτινοσκιερό άκρο σε σχήμα θόλου για βέλτιστη συγκράτηση του στο τοίχωμα του στομάχου και ενσωματωμένο Clip ώστε να αποφεύγεται η πολίνδρομη ροή κατά την σίτιση και χορήγηση φαρμάκων ,ενσωματωμένη περιέλιξη ανθεκτικού σύρματος και ανατομικά ατραυματικά πέλματα σιλικόνης για την καθήλωση του στο δέρμα			
1.2	Σύρμα εισαγωγής ιδιαίτερης αντοχής στην έλξη ,μήκους 150cm τύπου LOOPED με επικάλυψη TEFLON			
1.3	Βρόγχο σύλληψης cold snare ε καθετήρα TEFLON με εύχρηστη λαβή χειρισμού ενός χεριού 3 δακτύλων			
1.4	Κάλυμμα έκθεσης χειρουργικού πεδίου			
1.5	Σωληνίσκο με βελόνα εισαγωγής			
1.6	Νυστέρι ,επιθέματα γάζας ,ψαλίδι σύριγγα 6cc , αιμοστατικές λαβίδες			
1.7	Προσαρμοστές του σωλήνα σίτισης μονού και διπλού αυλού (universal adapter,bolu adapter)			
1.8	Εξαρτήματα ασφάλισης –στερέωσης του σωλήνα σίτισης ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μετακίνηση του			
1.9	Επίδειξη δείγματος			
1.10	Επίσης κρίνετε επιθυμητή η προσκόμιση πιθανού πελατολογίου δημοσίων νοσοκομείων για το συγκεκραμένο αναλώσιμο (ως μέσο πιστοποίησης της προηγούμενης εμπειρίας δημοσίων δομών ,με το			

	συγκεκριμένο σετ)			

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
	ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ	ΝΑΙ		
	Με ενσωματωμένο μπαλόνι καθήλωσης διαμέτρου 18,20 ή 24fr μήκους 24.6 Cm από λευκή σιλικόνης ειδικά επεξεργασμένη γα ιατρική χρήση ,υψηλής ποιότητας και αντοχής για άμεση τοποθέτηση χωρίς τη χρήση ενδοσκοπίου	ΝΑΙ		
	_Σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση για την εκτίμηση βάθους	ΝΑΙ		
	Ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης 2 δρόμων για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων	ΝΑΙ		
	Μπαλόνι σταθεροποίησης των 20cc ανθεκτικό στο ph του στομάχου κα ανατομικά ατραυματικά πέλματα σιλικόνης για την καθήλωση του στο δέρμα	ΝΑΙ		
	Το σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ασφαλή στερέωση του στο τοίχωμα του στομάχου (χωρίς ραφές στο δέρμα) συμπεριλαμβανομένων 2 παραγεμισμένων συρίγγων των 10cc για την διάσταση του μπαλονιού καθώς και λιπαντική αλοιφή	ΝΑΙ		